

ПРОТОКОЛ № 4

поверки измерительного преобразователя частоты Е858/2

Класс точности: 0.02 Диапазон: (48...52)Гц Заводской номер: 947194

Место: 1

Средства поверки: установка "Крона-705", заводской номер: 1 /2010

Условия поверки:

температура, град.С: 25.7

влажность, %: 63.0

давление, кПа: 98.0

1. Результаты внешнего осмотра: годен

2. Основная погрешность ИП:

| fвход., Гц | Iвых.измер., мА | Iвых.расч., мА | Основная погрешность, % | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | Предел допускаемого значения | Действительное значение |
| 48.000 | -0.0001 | 0.0000 | 0.020 | 0.000 |
| 49.000 | 1.2496 | 1.2500 | 0.020 | -0.001 |
| 50.000 | 2.5009 | 2.5000 | 0.020 | 0.001 |
| 51.000 | 3.7507 | 3.7500 | 0.020 | 0.001 |
| 52.000 | 4.9948 | 5.0000 | 0.020 | -0.008 |

Заключение: Годен

Поверку провел _____ Петров

Дата поверки: 13.05.2010 17:36