

поверки измерительного преобразователя переменного напряжения Е855/2-М1  
Класс точности: 0.5 Диапазон: (75...125)V Заводской номер: 946261  
Место: 1

Средства поверки: установка "Крона-705", заводской номер: 1 /2010

Условия поверки:

температура, град.С: 25.9

влажность, %: 63.0

давление, кПа: 98.0

1. Результаты внешнего осмотра: годен

2. Основная погрешность ИП:

Увход.измер., В	Iвых.измер., мА	Iвых.расч., мА	Основная погрешность, %	
			Предел допускаемого значения	Действительное значение
74.932	0.0177	-0.0068	0.50	0.49
84.922	1.0145	0.9922	0.50	0.45
94.920	2.0111	1.9920	0.50	0.38
104.908	3.0065	2.9908	0.50	0.31
114.886	4.0014	3.9886	0.50	0.26
124.914	5.0002	4.9914	0.50	0.18

Заключение: Годен

Поверку провел \_\_\_\_\_ Петров

Дата поверки: 13.05.2010 17:14