

поверки измерительного преобразователя переменного тока Е842/1
 Класс точности: 1.0 Диапазон: 5.0 А Заводской номер: 8001
 Место: 1

Средства поверки: установка "Крона-705", заводской номер: 1 /2010

Условия поверки:

температура, град.С: 26.1

влажность, %: 63.0

давление, кПа: 98.0

1. Результаты внешнего осмотра: годен

2. Основная погрешность ИП:

Iвход.измер., А	Iвых.измер., мА	Iвых.расч., мА	Основная погрешность, %	
			Предел допускаемого значения	Действительное значение
0.0006	0.0000	0.0006	1.00	-0.01
0.9997	0.9974	0.9997	1.00	-0.05
2.0000	1.9967	2.0000	1.00	-0.07
3.0012	2.9979	3.0012	1.00	-0.07
4.0014	3.9997	4.0014	1.00	-0.04
5.0014	5.0014	5.0014	1.00	0.00

Заключение: Годен

Поверку провел _____ Петров

Дата поверки: 13.05.2010 16:48