

## ПРОТОКОЛ № 1

поверки измерительного преобразователя постоянного напряжения Е857/1  
Класс точности: 0.5 Диапазон: 2000V Заводской номер: 945983  
Место: 1

Средства поверки: установка "Крона-705", заводской номер: 1 /2010

Условия поверки:

температура, град.С: 26.2

влажность, %: 63.0

давление, кПа: 98.0

1. Результаты внешнего осмотра: годен

2. Основная погрешность ИП:

Вход.измер., В	Вых.измер., мА	Вых.расч., мА	Основная погрешность, %	
			Предел допускаемого значения	Действительное значение
0.219	-0.0104	0.0005	0.50	-0.22
399.832	0.9879	0.9996	0.50	-0.23
799.949	1.9866	1.9999	0.50	-0.26
1199.859	2.9860	2.9996	0.50	-0.27
1600.037	3.9859	4.0001	0.50	-0.28
2000.000	4.9838	5.0000	0.50	-0.32

Заключение: Годен

Поверку провел \_\_\_\_\_ БелАЭС

Дата поверки: 19.05.2010 17:18